



Бр. 3-21/2016-4а
15.12.2016.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-21/2016-2

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број **3-21/2016-2** (Образована Решењем број **3-21/2016-3**) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку, број **3-21/2016-2**, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор.

Питање 1:

Да ли се може понудити комора чије се дефинисане димензије разликују +/- 10 % од тражених?

Одговор 1:

Наручилац је димензије комора предвидео на основу постојећег простора у којем се планира смештај и инсталација, као и начина уноса комора у објекат, у смислу пута уноса. Наручилац прихвата предлог да се могу понудити коморе које су том смислу са сличним или мањим димензијама од тражених (+/- 10 % од тражених).

Питање 2:

Да ли дефинисана тежина од 185 кг максимална или минимална тежина уређаја? Обзиром да предметна карактеристика ни на који начин не утиче на функционалне карактеристике уређаја предлажемо да се та карактеристика уклони из техничке спецификације?

Одговор 2:

Наручилац је тежину коморе навео као оквирну тежину коморе, на основу истраживања тржишта и више произвођача. Наручилац прихвата предлог да се могу понудити коморе које имају другачију тежину.

Питање 3:

Да ли је дефинисана снага грејача максимална или минимална одговарајућа?

Одговор 3:

Наручилац је снагу грејача дефинисао на основу постојеће инсталације. Није могуће извршити појачање инсталације услед објективних околности у просторијама наручиоца. Наведена снага грејача је максимално одговарајућа.

Питање 4:

Да ли постоји толеранција у виду +/- 10 % од дефинисаних температурних опсега и опсега влажности и да ли су прихватљиви сви шири опсеги од дефинисаних?

Одговор 4:

Наручилац прихвата предлог понуђача и дозвољава да се понуде коморе са +/- 10 % ширим опсегом температуре и влаге.



Питање 5:

Које су температуре и влажности битни за извођење планираних испитивања?

Одговор 5:

Наручилац ће планирана испитивања обављати на температурама и влажности које су у оквиру дефинисаних опсега у техничкој спецификацији.

Питање 6:

Да ли је прихватљиво понудити уређај са 8 полица носивости 35 кг?

Одговор 6:

Наручилац је носивост полица предвидео на основу испитивања тржишта, према којој је установио да већина произвођача може испунити тражени захтев. Наручилац остаје при захтеву из спецификације. Није прихватљиво понудити уређај са 8 полица носивости 35 кг.

Питање 7:

Молимо Вас да дефинишете шта представља карактеристика у опису контролера - са 4 улазна канала и 50 MB flash меморије? Да ли је предвиђено контролер описаног уређаја користити и за управљање другим јединицама?

Одговор 7:

Предвиђени улазни канали имају потенцијалну намену за постављање додатних сензора температуре и влаге.

50 MB је предвиђена интерна меморија.

Контролер неће контролисати друге јединице.

Питање 8:

Да ли је прихватљиво понудити контролер веће дијагонале који нема touch screen функцију?

Одговор 8:

Наручилац је у припреми техничке спецификације извршио испитивање тржишта и дефинисао техничке карактеристике тражене коморе на основу својих реалних потреба и на начин да више понуђача може доставити адекватне понуде. Готово да не постоји произвођач који нема Touch screen функцију.

С тим у вези, наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор се сматра саставним делом конкурсне документације.

Наручилац неће вршити израду пречишћеног текста конкурсне документације.

30 Комисија за јавну набавку 3-21/2016-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.