



Бр. 3-5/2017-46
18.04.2017. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у поступку јавне набавке број 3-5/2017-2**

Предмет: Одговор 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 3-5/2017-2 (Образована Решењем број 3-5/2017-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-5/2017-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање:

Najljubaznije Vas molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja u cilju pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 3-5/2017-2:

U konkursnoj dokumentaciji u delu tehničkih karakteristika se zahteva:

1. Za pumpu:

Opseg pritiska: 600 bar ili bolje u celom opsegu protoka od 0-10 ml/min

Tačnost protoka: $\pm 0.1\%$

Preciznost protoka: $< 0.05\%RSD$

Da li je prihvatljivo ponuditi pumpu sledećih tehničkih karakteristika?

Opseg pritiska: 600 bar za protok do 5 ml/min i 200 bar za protok do 10 ml/min

Tačnost protoka: $\pm 1\%$

Preciznost protoka: $\leq 0.07\%RSD$

Одговор:

Наручиоц ће прихватити понуђене карактеристике.

Питање:

2. Za autosempler:

Zapremina injektovanja: 0.01-100 μL u koracima od 0.001 μL bez zamene injekcione petlje

Unjekcioni ciklus: Minimalno 15 sekundi za 5 μL

Tray shake: autosampler mora da omogućiti mućkanje analita u vialama

Da li je prihvatljivo ponudi autosampler sledećih tehničkih karakteristika?

Zapremina injektovanja: 0.1-100 μL u koracima od 0.1 μL

Unjekcioni ciklus: 18 sekundi pri brzini od 200 $\mu L/min$

Autosampler koji nema mogućnost mućkanja analita, ali u potpunosti može da radi sve korake neophodne za derivatizaciju uključujući mućkanje analita koje se vrši u petlji.

Одговор:

Наручиоц ће прихватити понуђене карактеристике.



Питање:

3. За грејач колоне:

Температурни опсег: 5°C до 80°C (max. 18°C испод амбијенталне)

Време потребно за загревање: 15 min (20°C до 50°C)

Време потребно за хлађење: 15 min (50°C до 20°C)

Да ли је прихватљиво понудити грејач колоне следећих карактеристика?

Температурни опсег: 10°C испод амбијенталне (minimum 4°C) до 85°C

Време потребно за загревање: 5 min (амбијентална температура до 40°C)

Време потребно за хлађење: 10 min (40°C до 20°C)

Напомињемо да различити произвођачи користе различите температурне опсеге за дефинисање времена које је неопходно за загревање/хлађење.

Техничке карактеристике уређаја које Вас молимо да узмете у разматрање у потпуности задовољавају све аналитичке стандарде и омогућавају примену свих стандардних HPLC апликација као и уређај чија је спецификација наведена у конкурсној документацији.

Напомињемо да је захтевана техничка спецификација карактеристична искључиво за једног произвођача опреме, а да се тиме искључују сви остали, укључујући водеће светске произвођаче овог инструмента. Овим поступком се спречава равнoprавно учествовање у јавној набавци, чиме се крши Закон о јавним набавкама.

Одговор:

Наручиоц ће прихватити понуђене карактеристике.

Питање:

Молимо Вас да у складу са Законом о јавним набавкама измените tendersku документацију по питању техничке спецификације јер је иста намењена искључиво једном произвођачу Thermo Scientific и ниједан други понудјач нити реномирани произвођач не може учествовати на овој јавној набавци. Уколико не промените техничку спецификацију, везано за јавну набавку број 3-5/2017-2, изјашњавамо се да садржина техничке документације представља наше указивање на недостатке конкурсне документације, у смислу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама.

Одговор:

Наручиоц је кроз одговоре на питања изменио спецификацију предметне набавке.

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.

Наручилац неће вршити изразу преочишћеног текста конкурсне документације.



Комисија за јавну набавку 3-5/2017-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs