



Бр. 3-5/2017-4v  
21.04.2017. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
у поступку јавне набавке број 3-5/2017-2**

**Предмет:** Одговор 2, Комисије за јавну набавку у поступку број 3-5/2017-2 (Образована Решењем број 3-5/2017-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-5/2017-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питања:

„Poštovani, molim Vas da nam dostavite odgovore na sledeća pitanja:

1. Da li ie biti prihvatljiv princip rada pumpe dva klipa paralelna?
2. Da li ie biti prihvatljiv rada autosemplera „direct injection" bez gubitaka uzoraka?
3. Da li ie biti prihvatljiv Kapacitet autosemplera 216 pozicija zapremine 1,5m1/2ml?
4. Da li ie biti prihvatljiv Zapremina injektovanja 0,1 do 50ul?
5. Da li ie biti prihvatljiv Tadnost injektovane zapremine  $\pm 1\%$ ?
6. Da li ie biti prihvatljivo termostatiranje autosemplera u opsegu 4-40°C?
7. Da li ie biti prihvatljiv kapacitet termostata 6 kolona dužine 30cm?
8. Da li ie biti prihvatljiv detektor sa D2 lampom kao izvorom svetlosti?
9. Da li je prihvatljiv a zapremina ielije detektora 1ul?
10. Da li će biti prihvatljiv detektor sa 512 dioda?
11. Da li će biti prihvatljiva identifikacija protodne ielije softverskim putem?
12. Da li će biti prihvatljiv sertifikat servisera na engleskom jeziku?
13. Da li će biti prihvatljiva izjava proizvođača ukoliko se u katalogima ne nalaze tražene karakteristike?

Napominjeno da je zahtevana tehnička specifikacija kakarteristična za samo i isključivo jednog proizvođaia čime je sprečeno ravnopravno učetovanje u javnoj nabavci.

Одговори:

1. Наручиоц ће приватити наведени принцип рада.
2. Свако инјектовање подразумева да нема губитка узорка, у том случају direct injection може бити прихваћен.
3. Наручиоц ће прихватити наведени Капацитет.
4. Наручиоц неће прихватити наведену Запремину инјектовања из разлога што поједине апликације имају већи волумен иницирања од предложеног.
5. Наручиоц неће прихватити наведену Тачност инјектоване запремине јер при пуштању теста поновљивости инјектовања потребно је обезбедити да RSD за више поновљених иницирања буде  $\leq 1\%$ .
6. Наручиоц ће прихватити наведени опсег.
7. Наручиоц ће прихватити наведени капацитет.



8. D2 лампа може да ради у опсегу таласних дужина које су тражене спецификацијом, али управо тај широк спектар таласних дужина чини ову лампу мање погодну за опсеге изнад 400nm-500nm у погледу тачности и константности зрачења. Због оптерећења које трпе ове лампе имају краћи радни век по неколико хиљада сати уједно и цена одржавања детектора је знатно виша.  
Због горе наведених чињеница Наручиоц неће прихватити детектор који има само D2 лампу.
9. Методе које су уведене у протокол и које ће бити уведене су стандардне методе користе колоне 4.6mm ID, те због трансфера метода запремина хелије 1ul није прихватљива.  
Са друге стране услови снимања хроматограма, које захтевају методе, као и анализе и специфичне анализе које се спроводе код хелија мањих запремина губе на ефикасности у погледу осетљивости и дисперзије, па је самим тим поновљивост и трансфер метода доведен у питање. Запремина хелије од 1ul је карактеристика ултра HPLC конструкција али не и HPLC конструкција.
10. Наручиоц остаје при свом захтеву, тражено је 1024.
11. Сам софтвер мора одговарати захтевима 21CFR парт 11 и мора поседовати GLP у погледу audit traila и хелија мора бити аутоматски детектована и забележена у audit trailu. Такође свака њена замена мора бити детектована и следљива кроз софтвер.
12. Наручиоц ће прихватити сертификат на енглеском језику.
13. Наручиоц ће прихватити изјаву произвођача.

\*\*\*

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.

Наручилац неће вршити израду пречишћеног текста конкурсне документације.



Комисија за јавну набавку 3-5/2017-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: [www.pharmacy.bg.ac.rs](http://www.pharmacy.bg.ac.rs)