

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ**

Број: 3-5/2017-7

Датум: 05.05.2017.године

Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), а по достављању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности број 3-5/2017-2, доносим:

**ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Додељује се уговор понуђачу ANALYSIS д.о.о., Нови Београд, ул. Гандијева бр. 76а., који је поднео понуду број П-17-864 од 21.04.2017. године, у поступку јавне набавке број 3-5/2017-2 Лабораторијска опрема-НPLC.

Укупна уговорна цена износи 3.600.000,00 динара без ПДВ-а.

Образложење

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3-5/2017-2 од 27.03.2017. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности број 3-5/2017-2 за набавку лабораторијске опреме-НPLC.

Процењена вредност ове јавне набавке износи 4.333.333,00 динара без пореза на додату вредност.

Предмет јавне набавке је лабораторијска опрема-НPLC, назив и ознака из општег речника набавке је 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема

Комисија за јавну набавку мале вредности број 3-5/2017-2 (у даљем тексту: Комисија) је утврдила да су за ову јавну набавку, до 24.04.2017. године до 09:00 часова, пристигле следеће благовремене понуде:

Ред. бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив и седиште понуђача	Датум и време пријема понуде	
1.	07-I-850	NOVOS Д.О.О. ЦАРА ДУШАНА БР. 207., 11080 ЗЕМУН	20.04.2017.	08,50
2.	07-II-804	DSP CHROMATOGRAPHY Д.О.О. МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА БР.120г, 11070 НОВИ БЕОГРАД	24.04.2017.	08,04
3.	07-III-825	ANALYSIS Д.О.О. ГАНДИЈЕВА БР.76а, 11070 НОВИ БЕОГРАД	24.04.2017.	08,25
4.	07-IV-845	SHIMADZU Д.О.О. БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА БР. 46/1., 11070 НОВИ БЕОГРАД	24.04.2017.	08,45

Комисија је спровела отварање приспелих понуда дана 24.04.2017. године почев од 11:00 часова, о чему је вођен записник.

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Економски најповољнија понуда“ на основу следећих елемената:

Укупна цена без ПДВ-а _____ 80 пондера;

Рок испоруке _____ 20 пондера;

Комисија је након отварања и прегледа достављених понуда утврдила следеће:

- Понуђач DSP CHROMATOGRAPHY Д.О.О. МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА БР.120г, 11070 НОВИ БЕОГРАД је понудио укупну цену у износу од 5.980.301,06 динара без пдв-а и рок за испоруку од 1 (једног) дана. Понуда се одбија као неприхватљива обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке.
- Понуђач NOVOS Д.О.О. ЦАРА ДУШАНА БР. 207., 11080 ЗЕМУН је понудио укупну цену у износу од 4.190.000,00 динара без пдв-а и рок за испоруку од 30 (тридесет) дана. Понуда наведеног понуђача није одговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама, обзиром да је:
 - за пумпу HPLC-а захтевано је опсег протока од 0,001-10мл/мин а понуђен је 0,001-5,000 мл/мин и то 0,001-2,500мл/мин за притиске до 60 МПа; 2.501-5.000ml/min за притиске од до 30 МПа, захтевана је прецизност протока од < 0.05% RSD до 0,07% РСД а понуђено је 0,075% РСД; нема доказа о прецизности пумпања градијента; нема доказа за кашњење градијента; нема доказа да пумпа поседује двостепени миксер, капиларни и статички који омогућава радијално и лонгитудално мешање на високом притиску; нема доказа да пумпа поседује позадинско прање пистона интегрисано у пумпу; нема доказа да пумпа има карактеристику прањења заптивености пистон сеал; нема доказа да пумпа поседује аутоматску калкулацију компресибилности; нема доказа да пумпа поседује аутоматску синхронизацију пумпе и аутосамплера при градијентној методи.
 - за аутосамплер HPLC-а нема доказа о тачности ињекционе запремине; нема доказа за линеарност ињекционе запремине, нема доказа да аутосамплер омогућава мућкање анализа у вијалама; нема доказа о тачности температуре аутосамплера; нема доказа да аутосамплер има ињекциони циклус; није доказано серијско програмирано разблажење и online дериватизација.
 - за грејач колоне HPLC-а захтевана је тачност температуре од $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, понуђена је тачност температуре $\pm 1^{\circ}\text{C}$; нема доказа за Тачност temperature $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ и Stabilnost temperature $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; за Gas Leak Sensor Standardno, opremljen za rad sa Normalno Faznim rastvaračima, Senzor curenja, Temperaturni senzor понуђач није доставио доказе.
 - за детектор HPLC-а нема доказа за прецизност таласних дужина; нема доказа за Реолуцију пиксела; нема доказа за Број kanala за Brzina skupljanja podataka.
 - за хроматографски софтвер нема доказа да софтвер поседује могућност прањења и интеграције података током трајања анализе, могућност едитовања табеле са узорцима у току трајања анализе тј. измена секвенце без прекида анализе, могућност аутоматског испирања система и измене елуента колоне пре гашења апарата, а након завршене анализе; нема доказа да софтвер мора да подржава Microsoft SQL i/ili Oracle базу података; нема доказа да софтвер мора да омогући формирање спектралне библиотеке, аутоматски SST, интерактивну визуелизацију података (тренд резултата и контролних стандарда), аутоматску квалификацију инструмента (хардвера) и аутоматску квалификацију софтвера.
- Понуђач SHIMADZU Д.О.О. БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА БР. 46/1., 11070 НОВИ БЕОГРАД је понудио укупну цену у износу од 3.477.000,00 динара без пдв-а и рок за испоруку од 1 (једног) дана. Понуда наведеног понуђача није одговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама, обзиром да је:
 - за пумпу HPLC-а тражена Тачност протока од $\pm 0.1\%$ до $\pm 1\%$ а понуђено је од $\pm 1\%$ за притиске до 400 Ваg, док је у опсегу притисака од 400-600 Ваg тачност протока $\pm 2\%$; тражена је Тачност пумпања градијента од $\pm 0,5\%$ у целој скали, понуђено је $\pm 0,5\%$ у опсегу притисака од 1-200 Ваg што не представља целу скалу; нема доказа да понуђена

пумпа поседује двостепени миксер, аутоматску калкулацију компресибилности, аутоматску синхронизацију пумпе и аутосамплера при градијентној методи.

- за аутосамплер HPLC-а тражена је тачност ињекционе запремине од $\pm 0,5\%$, понуђено је од $\pm 1\%$, нема доказа за: минималну запремину узорка при ињектовању од $1\mu\text{l}$ и да ли понуђени аутосамплер омогућава мућкање анализата у вијалама као и да ли поседује серијско програмирано разблажење и online дериватизацију.
 - за грејач колоне HPLC-а тражена је тачност температуре од $\pm 0,5^\circ\text{C}$ а понуђено је $\pm 0,8^\circ\text{C}$, тражена је стабилност температуре од $\pm 0,1^\circ\text{C}$ понуђено је $\pm 0,8^\circ\text{C}$ што не одговара траженим техничким захтевима.
 - за детектор HPLC-а је тражено поседовање Деутеријумске и Волфрамове лампе као и да обе морају бити температурно контролисане, понуђен је детектор који има Деутеријумску лампу, а опционо може да се користи и Волфрамова лампа али не и истовремено; тражена је проточна ћелија од 10mm оптичког пута и запремине од $13\mu\text{l}$ понуђено је од 10 и $8\mu\text{l}$; нема доказа о прецизност таласних дужина од $\pm 0,1\text{nm}$.
 - за хроматографски софтвер тражена је могућност праћења и интеграције података током трајања анализе, едитовање табеле са узорцима у току трајања анализе тј. измена секвенце без прекида анализе, аутоматско испирање система и измене елуента колоне пре гашења апарата, а након завршене анализе, такође је тражено да софтвер мора да подржи Microsoft SQL i/ili Oracle базу података, могућност формирања спектралне библиотеке, аутоматски SST, интерактивну визуелизацију података (тренд резултата и контролних стандарда), аутоматску квалификацију инструмента (хардвера) и аутоматску квалификацију софтвера, што понуђач није доказао релевантним доказима тј. произвођачким спецификацијама, каталозима, упутствима, брошурама и др.
- Понуђач ANALYSIS Д.О.О. ГАНДИЈЕВА БР.76а, 11070 НОВИ БЕОГРАД доставио је сву тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуда је одговарајућа. Понуђена цена износи 3.600.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку у поступку број 3-5/2017-2, предложила је да се одлука о додели уговора, за набавку лабораторијске опреме-HPLC, додели понуђачу ANALYSIS Д.О.О. ГАНДИЈЕВА БР.76а, 11070 НОВИ БЕОГРАД.

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватам предлог Комисије и доносим Одлуку као у диспозитиву.



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца.