



Бр. 348/1-18/2019-46
16.09.2019. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-18/2019-2**

Предмет: Одговор 2, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-18/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-18/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 13.09.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-6/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање 1:

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja, vezano za javnu nabavku broj JN 348/1-18/2019-2, u smislu člana 63. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5 od 34, u delu "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok isporuke, eventualne dodatne usluge i sl" Partija 2., u delu "Tehnička specifikacija opreme" traženo je da brzina uzorkovanja bude minimalno 1ms.

S obzirom na to da je zahtevana brzina uzorkovanja 1ms, da li to znači da je potrebno ponuditi i softver u kom će se vršiti akvizicija i obrada podataka? Ukoliko je odgovor potvrđan, koje su karakteristike koje je potrebno zadovoljiti?

Одговор 1:

Потребно је обезбедити софтвер за аквизицију и обраду података. Софтвер треба да има следеће карактеристике:

- компатибилан са Виндовс оперативним системом;
- могућност повезивања са рачунаром помоћу УСБ кабла;
- приказ података о измереној сили, напону, деформацији и извоз података у облику Ехсел фајла;
- цртање графика;

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.



Комисија за јавну набавку

Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и www.pharmacy.bg.ac.rs