



Бр. 348/1-23/2019-46
08.11.2019. год.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-23/2019-2

Предмет: Одговор 2, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-23/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-23/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 05. 06. 07. и 08.11.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-23/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање 1:

Поштовани, везано за ЈН 348/1-23/2019-2, партија 25. Посуде за пробе ком 2000 Вауег или одговарајуће, молим Вас да се прецизира које су посуде тачно у питању, величина, запремина и слично.

Одговор 1:

У питању су виале за ААС од 2мл, висина виале 26мм и пречник ID 10мм, од 14мм.

Питање 2:

Поштовани, моли одговоре на питања:

Ставке 29-32 пипете градуисане се раде од сода-лиме стакла, а трбусасте од борсиликатног стакла Молим одговор да ли се градуисане могу понудити од сода-лиме стакла?

Ставке 34 и 35 – да ли слифови-наставци треба да буду мушки или женски?

Ставка 37 да ли се може понудити термометар -30+150С

Одговор 2:

За ставке 29-32 одговарајуће је понудити градуисане пипете од сода-лиме стакла.

За ставке 34 и 35 – одговарајуће је да буду мушки.

За ставку 37 одговарајуће је понудити термометар у распону опсега од -30 до +150С

Питање 3:

Поштовани, упућујемо Вам захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 348/1-23/2019-2-Потрошни материјал.

Партија 1, Ставка 37- Да ли је прихватљиво понудити термометре опсега од -10 до +200°С.

Питање 3:

За ставку 37 одговарајуће је понудити термометар у распону опсега од -30 до +150С

Питање 4:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 348/1-23/2019-2, одговорите на следећа питања:

Партија 2

1. Да ли је за ставку 1. потребно понудити бирету у класи А?

2. Да ли је за ставку 4. потребно понудити комплет ерленмајер са чепом, или само ерленмајер са шлифом?

Партија 3

1. Да ли је за ставку 10. одговарајуће понудити једно паковање од 50ком центрифуских епрувета са навојним чепом од 50мл самостојећих?



2. Да ли је за ставку 11. одговарајуће понудити једно паковање од 50ком центрифуских епрувета са навојним чепом од 15мл конусних, димензије 17x120мм?
3. Да ли је за ставку 20. одговарајуће понудити дуплу микро шпатулу дужине 130мм?
4. Обзиром да је паковање за ставку 37. 100ком тражених НМР туба, да ли је одговарајуће понудити једно паковање?
5. Да ли је за ставку 44. одговарајуће понудити syringe filter чија је величина пора 0.45ум?
6. Да ли је за ставку 61. одговарајуће понудити 10 листова филтер папира или 10 табака – односно 1000 листова?
7. Обзиром да је димензија предметних стакала 76x26мм, молимо потврдите да је за ставку 73. одговарајуће понудити предметно стакло наведених димензија.
8. Да ли је за ставку 90. одговарајуће понудити tube holder за 18 туба од 0,2/0,5/1,5-2,0 мл, паковање 5ком?
9. Да ли је за ставку 91. одговарајуће понудити кутију за 133x133x52 мм са 81 местом за тубе?

Одговор 4:


Партија 2

1. За ставку 1. одговарајуће је понудити бирету у класи А односно АS;
2. За ставку 4. одговарајуће је понудити комплет ерленмајер са чепом;

Партија 3

1. За ставку 10. одговарајуће је понудити једно паковање од 50 ком центрифуских епрувета са навојним чепом од 50мл самостојећих;
2. За ставку 11. одговарајуће је понудити једно паковање од 50 ком центрифуских епрувета са навојним чепом од 15мл конусних, димензије 17x120мм;
3. За ставку 20. одговарајуће је понудити микро шпатулу;
4. За ставку 37. одговарајуће је понудити једно паковање од 100 ком и цену исказати по паковању;
5. За ставку 44. одговарајућа величина пора траженог филтера је 0.45um;
6. За ставку 61. одговарајуће је понудити 10 листова траженог филтер папира;
7. За ставку 73. одговарајућа је димензија 26x76мм;
8. За ставку 90. одговарајући је сталак за 18 туба од 0,2/0,5/1,5-2,0 мл у паковању 5ком;
9. За ставку 91. одговарајуће је понудити кутију за 133x133x52мм са 81 местом за тубе.

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.



Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и www.pharmacy.bg.ac.rs