

Бр. 348/1-6/2019-4в  
06.06.2019. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-6/2019-2**

**Предмет:** Одговор 2, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-6/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-6/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 06.06.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-6/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

**Питање 1:**

1. Поштовани, молимо да за партију 3, ставка 7 прецизирате сахатно стакло бцм или 8цм ?
2. Да ли је за партију 3-ставка 5,6,7,8 прихватљиво понудити апотекарску ПВЦ бочицу са сигурносним затварачем?
3. Да ли је за партију 3-ставка 17 прихватљиво понудити дебљину зида 2мм?
4. Да ли је за партију 3-ставка 47 прихватљиво понудити маказе 130мм?

**Одговор 1:**

1. Прихватљиво је за партију 3, ставка 7 понудити сахатно стакло 8цм.
2. Прихватљиво је за партију 3, ставка 5,6,7,8 понудити апотекарску ПВЦ бочицу са сигурносним затварачем.
3. Прихватљиво је за партију 3-ставка 17 прихватљиво понудити дебљину зида 2мм.
4. Наручилац остаје при свом захтеву.

**Питање 2:**

Поштовани, молимо за информацију да ли је за партију 1 потребно понудити стаклену или порцеланску посуду за упаравање динезија 95x55мм 170мл или 86x98x40мм 154мл равно дно?

**Одговор 2:**

Потрено је понудити порцеланску посуду за упаравање равно дно 86x98x40мм 154мл.

\*\*\*

Комисија за јавну набавку

Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и [www.pharmacy.bg.ac.rs](http://www.pharmacy.bg.ac.rs)