



Бр. 348/1-8/2019-4а
17.05.2019. год.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-8/2019-2

Предмет: Одговор 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-8/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-8/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 16.05.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-8/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање 1:

Поштовани, према Вашем позиву за ЈН бр. 348/1-8/2019-2 Лабораторијска опрема, молим да појасните следеће:

Партија 3, Ултразвучно купатило, ставка 1: Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити ултразвучно купатило са радном фреквенцом до 40kHz?

Одговор 1:

Наручилац остаје при својим захтевима. Неопходно је понудити уређај са фреквенцом рада не мање од 35kHz.



Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs