



Бр. 348/1-8/2019-4г
07.06.2019. год.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-8/2019-2

Предмет: Одговор 4, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-8/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-8/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 05.06.2019. године.

Поводом преспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-8/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање 1:

Poštovani,

Molimo Vas za sledeće pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi sa Partijom 4: APARAT ZA GENERISANJE ULTRAČISTE VODE

Na pitanje dobavljača:

2° Specificirani uređaj se napaja destilovanom ili dejonizovanom vodom pod pritiskom, bez adekvatnog napajanja uređaj nije funkcionalan, da li je potrebno ponuditi odgovarajući system koji će omogućiti adekvatno napajanje specificiranog uređaja ?

Dali ste odgovor:

2) Систем треба да буде компатабилан са напајањем водом које корисник већ поседује и уколико тај услов није испуњен неопходно је да се понуди одговарајући систем који ће омогућити адекватно напајање понуђеног уређаја

Naše pitanje glasi:

Iz navedenog odgovora vidi se da već posedujete sistem za čistu vodu, te vas molimo da to potvrdite i date nam tehničku specifikaciju sistema koji koristite i na koji treba povezati traženi Aparat za generisanje ultračiste vode.

kako bi ponudili odgovarajući sistem potrebno je da znamo:

- Kakav sistem koristite, poseban instrument ili mrežno napajanje čistom vodom?
- Pod kojim pritiskom radi/izbacuje čistu vodu?
- Koji tip priključka poseduje?
- Koja je provodljivost čiste vode vašeg sistema?

Одговор 1:

Наручилац поседује танк-буре за дестиловану воду у коме се налази дестилована вода. Танк има славину кроз коју се може регулисати протицање као из обичне славине, уз напомену да вода протиче мањом брзином него на обичној чесми. Не поседујемо било какав додатни систем преко кога би се ова вода под било каквим притиском, протоком доводила до система за ултрачисту воду. Такође, не поседујемо ни било коју врсту прикључка којим би се обезбедила конекција са апаратом за ултрачисту воду. Уколико је то неопходно за рад апарата који се нуди, уз њега је потребно доставити и наведну конекцију за систем за напајање апарата за ултрачисту воду.

Одговор се сматра саставним делом конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и www.pharmacy.bg.ac.rs

