



Бр. 348/1-8/2019-4д
12.06.2019. год.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-8/2019-2

Предмет: Одговор 5, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-8/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-8/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 07.06. и 11.06.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-8/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор:

Питање 1:

Poštovani,

Molimo Vas za sledeće pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi sa Partijom 4: APARAT ZA GENERISANJE ULTRAČISTE VODE

Pošto ste u pojašnjenju Бр. 348/1-8/2019-4г од 07.06.2019. год. навели да

“Одговор 1:

Наручилац поседује танк-буре за дестиловану воду у коме се налази дестилована вода. Танк има славину кроз коју се може регулисати протицање као из обичне славине, уз напомену да вода протиче мањом брзином него на обичној чесми. **Не поседујемо било какав додатни систем преко кога би се ова вода под било каквим притиском, протоком доводила до система за ултрачисту воду.**

Такође, не поседујемо ни било коју врсту прикључка којим би се обезбедила конекција са апаратом за ултрачисту воду. Уколико је то неопходно за рад апарата који се нуди, уз њега је потребно доставити и наведену конекцију за систем за напајање апарата за ултрачисту воду.”

Shodno vašem odgovoru molimo Vas da iz tehničke specifikacije za ovu partiju izbrišete

- радни притисак у барима 1-6,

jer je to u suprotnosti sa gore navedenim

Одговор 1:

Наручилац је сагласан са наведеном корекцијом.

страница 1 | 3

11221 БЕОГРАД
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 450
П.Ф. 146
СРБИЈА

phone: +381 11 39 51 380 fax: +381 11 39 72 840
DEKAN/DEAN: (+381 11) 24 73 224
e-mail: info@pharmacy.bg.ac.rs
web site: www.pharmacy.bg.ac.rs

11221 BELGRADE
VOJVODE STEPЕ 450
P.O. Box 146
SERBIA



Питање 2:

Poštovani,

Pošto smo pregledali Izmenu/dopunu konkursne dokumentacije koju ste objavili 06.06.2019. uočili smo izmenu za Partiju 5. na strani 7 konkursne dokumentacije, za koju dosada nije bilo dodatnih pitanja i nedoumica.

U prvobitnom zahtevu stoji:

- Неопходно је да уређај има три ротора:
- За епендорфице 24 x 1.5 ml
- За фолконе запремине 6x50 ml
- За епрувете 12x10 do 15 ml

U ispravci konkurne dokumentacije od 06.06.2019. stoji:

- Неопходно је да уређај има три ротора:
- За епендорфице 24 x 1.5 ml
- За епрувете 12x10 do 15 ml

Molimo Vas da precizirate:

- ukupan broj rotora koje treba ponuditi
- tipove rotora koje treba ponuditi
- količinu od svakog tipa rotora koji treba ponuditi.

Одговор 2:

- Потребно је понудити укупно два ротора;
- Тип ротора који треба понудити је: Ротор за микроцентрифушке (епендорфице од 1,5мл) са 24 места и ротор за епрувете (запремине 10 или 15 мл) са 12 места;
- Од сваког ротора треба понудити по један.

Питање 3:

Prema Vašem pozivu za JN 348-1-8-2019-2 – Laboratorijska oprema, molim da pojasnite sledeće:
PARTIJA 13, MAGNETNA MEŠALICA SA GREJANJEM: Stavka 1: Da li odgovarajuće ponuditi magnetnu mešalicu sa grejanjem sa maksimalnim kapacitetom 15L, svim ostalim karakteristikama koje odgovaraju traženom?

PARTIJA 15, CENTRIFUGA:

Stavka 2: Da li odgovarajuće ponuditi centrifugu sa maksimalni brojem obrtaja većim od tražene, 6000 rpm / odnosno maksimalnom rfc 3,340 x g?

Stavka 4 :Da li se misli na digitalnu regulaciju broja obrtaja ili Vam je potrebna centrifuga sa hlađenjem?

PARTIJA 16, VORTEX:

Da li je odgovarajuće ponuditi vortex, sa većim opsegog brzine od traženog, 0 —3000 rpm

Da li je odgovarajuće ponudi vortex sa platformom većom od tražene veličine Ø94mm?

S obzirom da su u delu dokumentacije koja se odnosi na tehničke karakteristike na strani 5 navedeno:


„Ponudena oprema u potpunosti mora odgovarati zadatim minimalni tehničkim specifikacijama iz konkursne dokumentacije“, prema ZJN član 71 i 72 molim Vas da prihvatite tražene karakteristike koje su bolje od minimuma traženih.



Одговор 3:

- За партију 13 ставка 1 прихватљиво је понудити максимални капацитет од 15Л уз испуњеност осталих критеријума.
- За партију 15 ставка 2 прихватљиво је понудити центрифугу са максимални бројем обртаја већим од тражене, 6000 грм / односно максималном g с 3,340 x g .
- За партију 15 ставка 4 потребна је центрифуга са хлађањем.
- За партију 16 је прихватљиво је понудити vortex са већим опсеог брзине од траженог, 0-3000 грм.
- За партију 16 тражена је величина платформе дијаметра 76мм. Могуће је понудити и већу али са тим да буде подешавајућа.

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.



Комисија за јавну набавку

Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и www.pharmacy.bg.ac.rs