



Бр. 348/1-8/2019-4д
14.06.2019. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-8/2019-2**

Предмет: Одговор 6, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-8/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-8/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 12.06.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-8/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор:

Питање 1:

Poštovani,

Molimo Vas za sledeće pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi sa Partijom 4: APARAT ZA GENERISANJE ULTRAČISTE VODE

U tehničkoj specifikaciji se traži:

· без присуства ендотоксина у EU/ml;

Pitanje:

Da li je prihvatljivo da vrednost endotoksina bude 0.001 EU/ml, obzirom da i navedeni model GenPureVU-TOC daje vrednost endotoksina 0.001 EU/ml.

Одговор 1:

Прихватљиво је да у спецификацији траженог уређаја у партији 4: Апарат за генерисање ултрачисте воде стоји 0.001 ЕУ/мл.

Питање 2:

Postovani,

ovim putem Vam se obracam u vezi javne nabavke broj 348/1-8/2019-2 za partije 9;10 i 11. Obzirom da ste naucna ustanova nije Vam neophodno da vage budu tipski odobrene i da imaju zig, jer to znacajno poskupljuje vage. Da li je dovoljno da vage budu etalonirane od ATS akreditovane laboratorije i da vage budu isporucene sa sertifikatom o etaloniranju?

Одговор 2:

Наручилац остаје при својим захтевима.

страна 1 | 2

11221 БЕОГРАД
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 450
П.Ф. 146
СРБИЈА

phone: +381 11 39 51 380 fax: +381 11 39 72 840
DEKAN/DEAN: (+381 11) 24 73 224
e-mail: info@pharmacy.bg.ac.rs
web site: www.pharmacy.bg.ac.rs

11221 BELGRADE
VOJVODE STEPЕ 450
P.O. Box 146
SERBIA



Питање 3:

Poštovani,

Molim Vas za pojašnjenjem tenderske dokumentacije 348/1-8/2019-2 radi dostavljanja odgovarajuće ponude.

PARTIJA 13-Magnetna mešalica sa grejanjem. Da li je odgovarajuće ponuditi magnetnu mešalicu sa svim zahtevima iz specifikacije ali sa Stepenom zaštite IP21?

Одговор 3:

Наручилац остаје при својим захтевима. Захтевани степен заштите је наведен у спецификацији.

Објавити: <http://portal.ujn.gov.rs/> и www.pharmacy.bg.ac.rs



Комисија за јавну набавку